



Beteg mozgató csúszópad 76 cm fa 46850 és Csúszópad 72 cm műanyag 46860 használati utasítás

Art.-Nr. / Item No. 46 850



Art.-Nr. / Item No. 46 860



Használat: A transzfertábla egy orvostechikai eszköz, és megkönnyíti (a betegek) szállítását.

Javallat: Mozcáskorlátozások, csökcckent járás-/állásképesség, neuromuszkuláris betegségek a láb mozgásának kiterjedt funkcionális korlátozásaival

Ellenjavallat: erős szédülés, törzskontroll hiánya, felsőrész gyengesége végtagok, elégtelen fizikai vagy szellemi képességek.

Használat:

- ▶ Távolítsa el a levehető karfát a kerekesszékről vagy a komódszékről, és helyezze el a fékeket. Távolítsa el a kivehető kartámaszokat a görgős vagy a komód székről, és zárja le a fékeket.
- ▶ Helyezze fel a transzfer táblát ferde (fa) vagy hornyolt (műanyag) oldalával felfelé
- ▶ Az ágyat a kerekesszék vagy a komódszék magasságába kell mozgatni sorrendben hogy egyenletes síkot kapjunk.
- ▶ A transzferdeszkát mindkét végén legalább 15 cm-rel teljesen alá kell támasztani, így nem fog felborulni.
- ▶ Tartsa a lehető legkisebb távolságot az ágy és a kerekesszék között.
- ▶ A páciens most áthúzhatja magát a transzfertáblán a saját segítségével vagy a karját. Kicsit meg kell támasztania magát a kezével, amikor "átkelés" felé halad tehermentesítse a testet, hogy elkerülje a súrlódást a deszkán. Ez különösen fontos számára Érzékelés elvesztése.
- ▶ Súlyos mozgáskorlátozottság esetén hasznos lehet a nővér támogatása ajánlott.

Beteg mozgató csúszópad 76 cm fa 46580			
Anyaga	tömör fa, lakkozott	Súly	1,4 kg
Hossza	kb. 76 cm	Max terhelhetősége	150 kg
Szélessége	kb. 21 cm		

Csúszópad 72 cm műanyag 46860			
Anyaga	műanyag	Súly	1,1 kg
Hossza	kb. 71 cm	Max terhelhetősége	150 kg
Szélessége	kb. 21 cm		



Tisztítás/fertőtlenítés: Ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyakat a tisztításhoz, illetve olaj/zsír/tartalmú tisztítószeret. oldószeresek! A transzfer tábla szükség esetén nedves ruhával vagy szivaccsal áttörölhető. Tedd a tisztításhoz ne használjon éles, súroló vagy csiszoló tárgyat vagy tisztítószeret. Csak használja enyhe, kereskedelemben kapható háztartási tisztítószeres és puha törölkendők vagy szivacsok. Minden alkatrész lehet kereskedelmi forgalomban kapható, klórmentes fertőtlenítőszerrel kell kezelni. Figyelem, kérjük, vegye figyelembe a gyártó használati utasítását!

Biztonsági utasítások:

- ▶ A Transzfertábla nem játék, figyeljen gyermekeire!
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a tábla használat közben ne boruljon fel, és hogy teljesen le legyen fedve legalább 15 cm hosszúsággal
- ▶ Használja ki a kísérő személy / ápolószemélyzet támogatását

► Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tábla nem sérült-e, hogy elkerülje az esetlegesen egyenetlen felület vagy hasonló sérüléseket.

► Ne használjon olajat vagy zsírt tartalmazó súroló hatású tisztítószereket.

Első használat/karbantartás előtt: A használati utasítást csak felhatalmazott, képzett szakember végezheti el. Először olvassa el a jelen utasításokat teljes felhasználásra, és a csomagolással együtt őrizze meg a termék élettartamának végéig. Kérjük, először ellenőrizze és minden használat során, hogy a termék sértetlen-e. Sérülés vagy kopás esetén a transzfertáblát nem szabad használni (továbbra). A biztonsági előírások betartása mellett további karbantartás nem szükséges. A fent említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetészerű. Az ebből eredő károkért a SUNDO GmbH, ill a gyártó, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. Minden súlyos esemény, amely ezzel a termékkel kapcsolatban fordul elő haladéktalanul jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes hatóságnak.

Garancia: A törvényes garancia szerint. Kizárva a garanciából: Nem rendeltetészerű használatból, normál kopásból eredő sérülések és fogyasztás, valamint olyan hibák, amelyek a termék értékét vagy használhatóságát csak elenyésző mértékben csökkentik. Technikai változások és a tartozékok, valamint a szakszerűtlen karbantartási munkák a garancia és a termékszavatossági idő lejártát vonják maguk után Tábornok. A műszaki fejlesztés érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.